

**Messgeräteprüfung, Mitarbeiter (MA)**

**Datum:**

Tätigkeit/Aktion	Verantwortlich	erledigt	Bestätigung	
Name und Anschrift vergleichen, evtl. verbessern	Betrieb		Die Meßgeräte wurden für die Prüfung vorbereitet:          <hr/> bBSF	
Inhalt Messkoffer feststellen und auf Vollständigkeit prüfen	Betrieb			
Meßgeräte identifizieren Meßgeräte evtl. neu registrieren Meßgeräte evtl. neu kennzeichnen Meßgeräte evtl. neu in EDV aufnehmen				
Sauberkeit und Pflegezustand überprüfen	Betrieb			
Ladezustand prüfen, evtl. aufladen	Betrieb			
Allgemeine Funktion durchchecken	Betrieb			
Dichtprüfung der Ansaugvorrichtungen durchführen Druckdifferenzprüfung nach Herstellerangaben durchführen Verbrennungslufttemperaturfühler im stehenden Luftvolumen prüfen Abgastemperaturfühler im unteren und oberen Bereich nach Empfehlungen des ZIV prüfen O <sub>2</sub> -Meßgeräte im unteren und oberen Bereich nach Empfehlungen des ZIV prüfen CO-Messgeräte im unteren Bereich nach Empfehlungen des ZIV gemäß CO-Richtlinie nach KÜO prüfen Allgemeinen Zustand des Meßgerätes für feste Brennstoffe überprüfen CO-Messgeräte für feste Brennstoffe auch im oberen Bereich nach Empfehlungen des ZIV prüfen Ansaugvolumenprüfung nach Angaben des Herstellers durchführen				
Rußzahlvergleichsskalen auf Sauberkeit überprüfen	Betrieb			
Druckprüfgeräte jährlich nach Empfehlungen des ZIV überprüfen				
Bei Nichterreichen der Prüfkriterien Messgerät unverzüglich reparieren, nach Reparatur erneut überprüfen lassen.	Vorgabe durch <b>Prüfstand</b>	Datum		
Erforderliche Prüfplaketten anbringen Prüfbericht erstellen Ergebnisse registrieren	Bestätigung durch <b>Prüfstand</b>	Datum	Unterschrift	